

Số: 780 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 02 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc yêu cầu báo giá bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO
thận nhân tạo (12 tháng)**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Công văn số 277/SYT-KHTC ngày 18/7/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc triển khai Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-SYT ngày 15/8/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng) như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-VT, TBYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VT, TBYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng. Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tranthephuongbvgr@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2025 đến trước 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2025.

5. Số lượng báo giá: 04 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục)

Nay Trung tâm Y tế Giồng Riềng gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm đến công tác cung cấp dịch vụ bảo trì để xin báo giá nhằm thực hiện việc xây dựng giá kế hoạch bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng) theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: muasamcong.gov.vn;
- Website: TTYT Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT, DVTTBYT.



Lê Văn Nhì

Phụ lục

(Kèm theo Thông báo số: 780 /TB – TTYT ngày 02/12/2025 của TTYT Giồng Riềng)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kiểm tra bảo trì R.O định kỳ	- Kiểm tra tại chỗ bằng thiết bị đo cầm tay các chỉ tiêu (<i>hàm lượng chlorine, tổng chất rắn hòa tan TDS, độ dẫn điện EC, độ cứng Canxi và Magie</i>) tại các vị trí: + Nước nguồn đầu vào hệ thống. + Nước mềm sau cụm thiết bị tiền xử lý + Nước thành phẩm sau máy R.O. + Nước R.O hồi lưu trên đường ống cấp qua phòng chạy thận - Kiểm tra, bảo trì thiết bị của hệ thống R.O. - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị. - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ.	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	04
2	Tẩy rửa khử khuẩn định kỳ	- Xả rửa bồn chứa nước thô - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O - Quy trình và hoá chất áp dụng: theo quy trình 6 thuộc Quyết định 2482/QĐ-BYT - Biện pháp kiểm tra tồn dư hóa chất: máy đo hàm lượng Chlorine 2 trong 1 (<i>đo hàm lượng Chlorine dư và hàm lượng Chlorine tổng</i>): Model HI 97711, hãng sx HANNA Instruments (ITALIA), sản xuất tại ROMANIA, tiêu chuẩn CE ; ISO 9001:2008 - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu”	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	04

3	Thay lõi lọc phân tử 5 micron định kỳ	- Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lỗ thấm 5 micron - Kích thước ngoài Φ62mm, dài 508mm - Xuất xứ: KOREA - Số lượng lõi: 07 cái / lần thay thế	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	04
4	Thay lõi lọc vi sinh 0,2 micron định kỳ	- Lõi lọc polypropylene dạng xếp trong khung nhựa PE - Kích thước lỗ thấm 0,2 micron - Kích thước ngoài: Φ68mm, dài 508mm - Xuất xứ: KOREA - Số lượng lõi: 03 cái / lần thay thế	Định kỳ 06 tháng 01 lần	Lần	02
5	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh	- Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 01 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BYT) - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu”	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	04
6	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố	- Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 01 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu - Xét nghiệm ngưỡng giới hạn - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM hoặc Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BYT) - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm	Định kỳ 03 tháng 01 lần	Lần	04

		- Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu”			
7	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý định kỳ	- Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BHYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BHYT) - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu”	Định kỳ 12 tháng 01 lần	Lần	01