

Số: 390 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 24 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm máy siêu âm mắt AB

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 277/SYT-KHTC ngày 18/7/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc triển khai Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 880/SYT-KHTC ngày 13/8/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác mua sắm phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-SYT ngày 15/8/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm máy siêu âm mắt AB. Trung tâm Y tế Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực cung cấp máy siêu âm mắt AB và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng. Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tranthephuongbvgr@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30, ngày 24 tháng 9 năm 2025 đến 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2025.

Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế Giồng Riềng và Trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

5. Số lượng báo giá: 04 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục kèm theo)

Nay Trung tâm Y tế Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm máy, thiết bị y tế để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: Trung tâm Y tế Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT, D-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Nhi

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số 390/TB-TTYT ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Y tế Giồng Riềng)

STT	Tên hàng hoá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Tiêu chuẩn chất lượng cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
1	Máy siêu âm mắt A-B	Yêu cầu cấu hình Máy siêu âm tích hợp màn hình điều khiển: 01 cái Đầu dò A 10Mhz: 01 cái Đầu dò B 20MHz: 01 cái Cáp nguồn: 01 cái Bàn đạp điều khiển: 01 cái Bộ cốc nhúng đo siêu âm: 01 bộ Máy in (mua tại Việt Nam): 01 cái Bàn phím + chuột không dây: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu kỹ thuật Máy chính: Là thiết bị siêu âm nhãn khoa chẩn đoán, có các chức năng như siêu âm A, siêu âm B được tích hợp trong cùng một thiết bị. Màn hình LCD màu cảm ứng hoặc tương đương ≥ 10 inch Có chức năng ghi hình động hoặc ghi video. Có các cổng kết nối: USB, LAN và RS-232C hoặc tương đương hoặc nhiều hơn. Chế độ siêu âm A: Đầu dò A Scan tần số cao ≥ 10 MHz Đường kính hoạt động của đầu dò : ≥ 3.5 mm	* Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% * Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương * Xuất xứ máy chính: thuộc các nước nhóm G7	Máy	1



Dải khuếch đại : ≤ 40 đến ≥ 80 dB

Độ phân giải điện tử : $\leq \pm 0.023$ mm

Độ phân giải lâm sàng : $\leq \pm 0.1$ mm

Độ sâu quét : ≥ 45 mm

Khoảng đo : ≤ 18 đến ≥ 40 mm

Hiệu chuẩn tự động : có

Giá trị đo: Chiều dài trục nhãn cầu, đo độ sâu tiền phòng, đo độ dày thủy tinh thể.

Khả năng đo gồm: Độ sâu tiền phòng, độ dày thủy tinh thể, dịch kính, độ dài trục nhãn cầu.

Thống kê trung bình, tính toán độ lệch tiêu chuẩn cho ≥ 10 lần đo trên một bệnh nhân.

Chế độ siêu B:

Đầu dò kín tần số cao ≥ 20 MHz, tốc độ quét ≥ 10 khung hình / giây

Góc quét : ≥ 40 độ

Độ sâu quét : ≥ 58 mm

Vùng tiêu cự : ≤ 15 đến ≥ 32 mm

Dải khuếch đại : ≤ 40 đến ≥ 120 dB

Có điều chỉnh độ thu nhỏ phóng to: ≤ 0.5 đến ≥ 4 lần

Có chức năng dừng hình ảnh

Có thể lưu trữ được ≥ 12 hình ảnh.

Mẫu quét hình ảnh siêu âm : ≥ 256 tia quét với ≥ 2048 điểm mẫu cho mỗi tia.

Máy có các công cụ điều chỉnh khuếch đại: khuếch đại thời gian thay đổi, Đường cơ bản, khuếch đại Logarithmic và khuếch đại hàm số mũ.

