

Số: 427 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm máy, thiết bị và dụng cụ y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm máy, thiết bị và dụng cụ y tế. Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực cung cấp máy, thiết bị và dụng cụ y tế và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Khu phố 8 Thị Trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng. Khu phố 8 Thị Trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

-Nhận qua email: tranthephuongbvgr@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17 tháng 04 năm 2025 đến ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng và Trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2025.

5. Số lượng báo giá: 04 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục đính kèm).

Nay Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm máy, thiết bị và dụng cụ y tế để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. *nu*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT, D-TTB-VTTYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Nhì

PHỤ LỤC

(kèm theo Thông báo số: 427 /TB-TTYT ngày 17 tháng 04 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy khoan xương đa năng	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Năm sản xuất : 2024 – 2025 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA Cầu hình cung cấp: - Thân khoan cưa chính : 01 cái. - Pin NiMH (9.6V) : 01 pin. - Sạc pin : 01 cái. - Ống dẫn pin : 02 cái. - Hộp đựng máy : 01 cái. Thông số kỹ thuật: - Điện áp hoạt động(V): 9.6V - Nhiệt độ khử trùng $\leq 135^{\circ}\text{C}$ - Có chức năng đảo chiều khi sử dụng khoan.	01	Bộ
1.1	Đầu nối cưa xương đa năng	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Năm sản xuất : 2024 – 2025 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA Cầu hình cung cấp: - Đầu nối cưa xương : 01 cái. - Lưỡi cưa xương : 05 cái. Thông số kỹ thuật:	01	Bộ

		- Công suất đầu ra $\geq 100\text{w}$ - Dao động (osc/min): $0 - \geq 15000$ - Điện áp hoạt động(V): 14.4 - Nhiệt độ khử trùng $\leq 135^\circ\text{C}$ - Chuyển động dọc trục $\geq 5^\circ$ - Tiếng ồn(db) ≤ 75		
1.2	Đầu nối khoan xương đa năng	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Năm sản xuất :2024 – 2025 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA Cầu hình cung cấp: - Đầu nối khoan : 01 cái. - Khóa (cờ lê) : 01 cái. - Đầu kẹp Jacob : 01 cái. Thông số kỹ thuật: - Công suất đầu ra $\geq 90\text{w}$ - Tốc độ (r.p.m): $0 - \geq 630$ vòng/ phút - Mô-men xoắn (Nm) ≥ 3.6 Nm - Điện áp hoạt động(V): 9.6 V - Nhiệt độ khử trùng $\leq 135^\circ\text{C}$ - Tiếng ồn(db) ≤ 40	01	Bộ
1.3	Đầu nối khoan xương đa năng	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Năm sản xuất : 2024 – 2025 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA Cầu hình cung cấp: - Đầu nối khoan : 01 cái. - Khóa (cờ lê) : 01 cái. - Đầu kẹp Jacob : 01 cái	01	Bộ

		Thông số kỹ thuật: - Công suất đầu ra $\geq 85\text{w}$ - Tốc độ (r.p.m): 0 - ≥ 300 vòng/ phút - Mô-men xoắn(Nm) ≥ 7.8 Nm - Điện áp hoạt động(V): 9.6 V - Nhiệt độ khử trùng $\leq 135^{\circ}\text{C}$ - Tiếng ồn(db) ≤ 40		
2	Kẹp gấp sỏi bàng quang	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Năm sản xuất : 2024 – 2025 Thông số kỹ thuật : - Kèm gấp dị vật loại dùng với kính soi tương thích với dụng cụ của Richard Wolf - Hàm mở kép, dùng gấp dị vật, dùng với vỏ ngoài từ 19.5 Fr, với ống kính soi 0° , đường kính 4 mm, có khóa, sử dụng nhiều lần.	01	Cái