

Số: 213 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 15 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm bồn rửa tay tiết khuẩn tự động

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 880/SYT-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác mua sắm phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại các đơn vị.

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm bồn rửa tay tiết khuẩn tự động. Trung tâm Y tế Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực cung cấp bồn rửa tay tiết khuẩn tự động và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Khu phố 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 — 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng. Khu phố 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

-Nhận qua email: tranhphuongbvgr@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30, ngày 15 tháng 8 năm 2025 đến 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế Giồng Riềng và Trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 30 ngày.


5. Số lượng báo giá: 02 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục kèm theo)

Nay Trung tâm Y tế Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm bồn rửa tay tiết khuẩn tự động để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. *Ull*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: Trung tâm Y tế Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT, D-TTB-VTTYT.



Huỳnh Minh Giàu

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số: 213 /TB-TTYT, ngày 15 tháng 8 năm 2025 của TTYT Giồng Riềng)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng khối lượng	Đơn vị tính
01	Bồn rửa tay tiết kiệm tự động	- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 - Nguồn điện hoạt động: Trong khoảng 100-240V, 50Hz hoặc phù hợp với điện áp tại Việt Nam - Môi trường hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ * Cấu hình thiết bị: - Bồn chính : 01 cái - Vòi nước : 02 cái - Cảm biến hồng ngoại gắn liền vòi : 02 cái - Bộ tiền lọc và lõi lọc tích hợp trong máy : 01 cái - Bộ tiết trùng nước bằng tia UV tích hợp : 01 cái - Bộ cấp dung dịch rửa tay tự động tích hợp : 01 cái - Máy bơm tăng áp tích hợp : 01 cái - Bình nóng lạnh tích hợp : 01 cái - Dây cáp nguồn : 01 cái - Dây nối đất : 02 m - Hướng dẫn sử dụng và bảo quản : 01 bộ - Quy trình vận hành (dán trên bồn) : 01 tờ * THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Bồn rửa tay có các góc, cạnh nhẵn bóng. - Bồn rửa tay vô trùng dùng cho phòng mổ, điều khiển dòng nước bằng cảm biến hoặc dùng đầu gối, điều khiển hóa chất rửa bằng đầu gối và cảm biến. - Màn hình LCD trên bồn rửa hiển thị nhiệt độ nước và thời gian nước chảy ở mỗi vòi - Hoạt động dễ dàng, hiệu suất cao, chất lượng nước ổn định	01	Cái



	- Vật liệu chế tạo bằng Inox AISI 304, bồn rửa được làm từ các tấm thép không gỉ có độ dày 1,2mm, khung chính được làm từ các tấm thép không gỉ có độ dày ≥ 1 mm - Có 4 bánh xe di chuyển - Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): (1600 x 1600 x 750) mm - Kích thước từ mặt bồn rửa tới mặt đất: 850 mm - Chế độ rửa: + Vòi nước tự động mở khi đưa tay vào vị trí rửa, tự động ngắt khi rửa xong + Vòi nước được trang bị tính năng tiết kiệm nước + Có công tắc điều khiển đóng, mở nước bằng thao tác ấn gõ riêng biệt cho từng vòi nước - Chế độ nước nóng: + Công suất tiêu thụ: 4500W + Có báo hiệu: Led + Có chế độ kiểm tra + Khởi động lại + Điều chỉnh nhiệt độ: Năm mức công suất bằng núm xoay + Có van khóa nước + Có van điều chỉnh lưu lượng - Chế độ vòi phun: phun chụm hoặc chùm tia. - Áp suất nước vào nhỏ nhất: 0.2bar - Áp suất làm việc cực đại: 8.0bar - Nhiệt độ nước nóng cực đại ở đầu vào: 80 độ C - Nhiệt độ hỗn hợp cực đại lớn nhất: 60 độ C - Phạm vi nhiệt độ được hiển thị trên núm vặn cài đặt: 20 – 60 độ C - Thiết bị được tích hợp cột lọc thô và lõi lọc tích hợp chống cặn bẩn - Lưu lượng nước tại vòi: 15 đến 19 lít/Phút - Thiết bị tự động xả thải. - Thiết bị được trang bị bộ cấp dung dịch (Foam), tự động khi đưa tay vào vị trí lấy dung dịch. - Đèn khử trùng UV: - Công suất: 41W - Nguồn điện: 220V- 50 Hz- Bơm tăng áp: - Công suất 200W - Nguồn điện: 220V- 50 Hz- Thiết bị an toàn chống quá nhiệt, chống giập, tự động ngắt khi thiếu nước		
--	---	--	--

