

Số: 724 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 20 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm máy laser châm điều trị

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 277/SYT-KHTC ngày 18/7/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc triển khai Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 880/SYT-KHTC ngày 13/8/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác mua sắm phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-SYT ngày 15/8/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm máy laser châm điều trị. Trung tâm Y tế Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực cung cấp máy laser châm điều trị và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng. Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tranthephuongbvgr@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30, ngày 20 tháng 11 năm 2025 đến 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế Giồng Riềng và Trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2026.

5. Số lượng báo giá: 04 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục kèm theo)

Nay Trung tâm Y tế Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm máy, thiết bị y tế để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: Trung tâm Y tế Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT, D-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Nhì



PHỤ LỤC

(Kèm theo thông báo số: 724 /TB-TTYT, ngày 20/11/2025
của TTYT Giồng Riềng

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	THIẾT BỊ LASER CHÂM ĐIỀU TRỊ <u>Yêu cầu chung:</u> - Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Năm sản xuất : 2024 – 2025 - Mới 100% <u>Yêu cầu cấu hình máy:</u> - Máy chính : 01 cái. - Đầu châm : 10 cái. - Dây nguồn : 01 cái - Sách hướng dẫn : 01 bộ Cái <u>Yêu cầu Thông số kỹ thuật</u> - Nguồn điện vào: 220V-230V, 50Hz. - Màn hình hiển thị: Màn hình LCD đồ họa hoặc tương đương - Thời gian trị liệu: Từ 0 đến ≥ 99 phút - Điều khiển: Vi xử lý hoặc tương đương - Số kênh độc lập: ≥ 10 - Bước sóng laser: 780 nm - Công suất laser: ≥ 6 mW - Chế độ hoạt động: Xung - Tần số xung: 3Hz, 5Hz, 8Hz, 16Hz, 36Hz, 60Hz, 72Hz, 100Hz hoặc tương đương - Động rộng xung: $\geq 50\%$. <u>Yêu cầu tính năng kỹ thuật:</u> - Thích hợp với kỹ thuật châm y học cổ truyền: + Châm bô (kích thích nhẹ). + Châm tả (kích thích mạnh). + Châm nông (châm huyết cạn). + Châm sâu (châm huyết sâu). - Có ≥ 10 đầu laser kết nối với ≥ 10 kênh độc lập trên máy chính, điều chỉnh tần số trên mỗi kênh riêng biệt nên điều trị cùng lúc nhiều huyết khác nhau. - Các đầu phát laser được bọc vỏ nhựa mỏng, thiết kế thuận tiện cho việc cố định đầu phát trên huyết. - Bước sóng laser (780 nm) có độ xuyên sâu cao thích hợp điều trị các huyết nằm sâu trong cơ thể. - Dải tần số rộng từ 3 – 100 Hz bao gồm các tần số kích thích sinh học tối ưu. - Có hệ thống test kiểm tra tia laser. - Hệ thống đếm thời gian điều trị tự động ngắt nguồn phát laser khi hết thời gian cài đặt.	Cái	01